

この度は、デジタルノギスDCP-150をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、適切な取扱いと保守をお願い致します。  
この取扱説明書(保証書)は、大切に保管してください。


●製品仕様

型式	DCP-150	電源	LR44×1
測定範囲	0～150mm	応答速度	1.5m/秒
最小読取値	0.01mm	動作温度範囲	0～40℃(80%RH以下)
器差	±0.03mm	保存温度範囲	-10～60℃(80%RH以下)
重量	156g		

●使用上の注意

- ・防水構造ではありません。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
- ・鋭利な部分があります。取扱いには十分注意してください。
- ・振動や落下等、衝撃を与えないでください。
- ・測定目的以外の使用をしないでください。
- ・分解、改造などはしないでください。
- ・直接日光に当たる場所では使用しないでください。
- ・長期間ご使用にならない場合は電池を取り外してください。
- ・測定前に必ず汚れや埃が付着していないことを確認してください。
- ・損傷や異常が見つかった場合は、使用を止め、必ずお買い求めの販売店にご相談ください。
- ・付属している電池はお試用です。短時間で使用できなくなる場合があります。

●各部の名称




●使用方法

使用前に必ず測定面の埃や汚れを拭き取り、傷や付着物のないことを確認してください。

- ①OFF/ONボタンを押し液晶に数値が表示することを確認してください。
- ②測定ジョウを閉じた状態でゼロセットボタンを押して測定を開始します。

※ゼロ設定を行った後、外側用測定面を閉じたときにマイナス表示が出るがありますが、これはエラーではありません。

●測定例



●機能

- ・ゼロセット  
ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定されます。
- ・ホールド  
ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定されます。

### 保証規定

- 保証期間内(お買上げ日より12ヶ月間)に、取扱説明書に記載されている使用方法、使用上の注意に従った、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で新品交換致します。
- 保証期間内でも次の場合には有償での新品交換とさせていただきます。
  - 保証書のご提示が無い場合
  - 保証書にお名前、お買上日、お買上店名の記載が無い場合、あるいはこれら字句を書き換えられた場合
  - 使用上の誤り及びお買上店以外での修理、調整、改造による故障及び損傷
  - ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in japan.
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償新品交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の交換等についてご不明の場合は弊社CSセンターにお問い合わせください。
- 電池は保証対象外とさせていただきます。

CSセンター TEL 0561-62-4661

### 免責事項

- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の精度確認を怠ったことによって生じた損害(事業の利益の損失・事業の中断など)に対して、弊社は一切責任を負いません。
- 火災・地震・第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、弊社は一切責任を負いません。

保 証 書	
品名	ステンレス製デジタルノギス
型式	DCP-150
保証期間	1年
お買上日	年 月 日
販売店名及び住所	
TEL	
お客様	
ご住所 : 〒	
お名前 様	
TEL	
本書は、本書記載内容で無償新品交換を行うことをお約束するものです。お買上日から上記期間中故障が発生した場合は、必ず本書をご提示の上お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。	
輸入発売元 株式会社 <b>マイソックス</b> 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地 TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660	